

UPZir® Clean

氧化锆修复体口外清洁剂



Reliable Materials Expert

 爱尔创

UPZir® Clean

快速洁净 粘接无忧

UPZir® Clean氧化锆修复体口外清洁剂是一款有效去除口内试戴后
氧化锆修复体表面唾液污染的强碱性糊剂，可恢复修复体粘接面的清洁，
改善试戴后修复体表面的粘接效果。



扫码反馈更多
产品使用建议

- 独有分散珠设计，
混合更均匀，操作更简单；




- 独特配方设计，清洁效率高，
粘接强度恢复明显；



- 红色糊剂，易清洁，无表面残留；

剪切粘接强度 (MPa)



*数据来自爱尔创研发中心

*依据YY0518-2009标准进行试件的剪切强度测试

操作步骤




口内试戴



涂布UPZir® Clean, 保持20-30秒



冲水




无油空气吹干


UPZir® Clean作用机理

口内试戴过程中，氧化锆修复体粘接界面与唾液等污染物接触，导致界面污染。若粘接前不能有效去除污染，将影响粘接系统与氧化锆修复体之间的结合，进而降低其粘接强度，增加微渗漏、继发龋甚至修复体脱落等不良反应发生的风险。粘接界面的清洁，已成为氧化锆修复体长期稳定粘接的重要因素之一。


UPZir® Clean凭借强碱性和金属氧化物颗粒吸附作用的双重加持，为修复体的粘接效果提供良好的保证。




试戴后氧化锆修复体表面




涂布氧化锆修复体口外清洁剂



强碱性让唾液蛋白变性
金属氧化物颗粒吸附磷酸盐基团



氧化锆修复体表面污染物脱落



清洁后氧化锆修复体表面

国瓷·爱尔创

值 得 信 赖 的 材 料 专 家

深圳爱尔创数字口腔有限公司

Shenzhen Upcera Digital Dental Technology Co., Ltd.

E-mail: services@upcera.com

网址: dental.upcera.com

Copyright©Upcera No.2025 Rev.01

资料仅供专业人士及内部交流使用 *禁忌内容或注意事项详见产品说明书



官方公众号